

Verbale di Collaudo relativo al WP01 dell'ordine n.12 (Prot. N. 0000437 stipula del 12/02/2024)

Si attesta che le attività oggetto del WP01 (ordine n.12 Prot. N. 0000437 del 12/02/2024) sono stati regolarmente consegnati secondo le specifiche richieste e sono risultati pienamente soddisfacenti per determinare come procedere per risolvere le anomalie funzionali riscontrate in fase di test dello strumento EFD-02.

In particolare:

- La modifica del header del dato RS422 banda ULF per inclusione dati AOCC è stata implementata in modo soddisfacente e permette lo sviluppo previsto nel WP03 del medesimo ordine
- La modifica dei filtri e del downsampling dei dati delle medie frequenze ha evidenziato che l'insorgenza di frequenze di aliasing può essere risolta solo con modifiche sulla frequenza di sampling come ipotizzato nell'attività del WP02.

Si ritiene pertanto necessario procedere con le attività dei WP02 e WP03

Il Responsabile della corretta esecuzione

Fabrizio De Angelis



Il Richiedente

Piero Diego

